

NOMOR 648.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

TENTANG

PENGADAAN HELIUM LEAK DETECTOR

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Helium Leak Detector dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PT PLN Nusantara Power Services.
- b. Pelaksana pekerjaan merupakan produsen/agen resmi, atau perusahaan yang didukung oleh produsen atau agen resmi produk yang bersangkutan dibuktikan dengan surat dukungan yang dikeluarkan dari produsen produk yang bersangkutan dan departemen perdagangan RI.
- c. Memiliki pengalaman kerja Pengadaan Helium Leak Detector atau material sejenis minimal 1 (satu) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. dibuktikan dengan copy :
 - 1) Copy Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan; atau
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal	:	Senin, 27 Mei 2024 sd Selasa, 04 Juni 2024
Waktu	:	Pukul 08:30 s/d 15:00 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau melalui email : pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN HELIUM LEAK DETECTOR

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 29 Mei 2024
Waktu	:	Pukul 13:00 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.
- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 27 Mei 2024

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : NERRY YUDISTYA I.R

No. HP : 081331517997

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

Lampiran 3	:	Contoh Daftar Rincian Harga
RKS No.	:	648.RKS/SCM/PLN-NPS/2024
Tanggal	:	20 Mei 2024

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Item Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pengadaan Helium Leak Detector	1	Lot		
Terbilang :				SUB TOTAL	
				PPN (11%)	
				TOTAL	

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Item Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pengadaan Helium Leak Detector				
1	Main Unit Helium Leak Detector Sniffer Probe	1	Unit		
2	Remote control for wireless operation	1	Ea		
3	Training Pengoperasian peralatan:	1	Ea		
4	- Durasi training dilakukan minimal 1 (satu) hari dengan jumlah peserta 15 orang - Sertifikat user training disediakan oleh vendor pelaksana pekerjaan untuk seluruh peserta maksimal 15 (Lima Belas) orang. - Sertifikat Alat	1	Lot		
Terbilang :				SUB TOTAL	
				PPN (11%)	
				TOTAL	

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan

Spesifikasi Main Unit

- Capable untuk Vacuum dan Sniffer leak testing method
- Calibrated TL7 built-in
- Pumping speed during evacuation minimum 16 m³/h
- Smallest detectable leak rate (Vacuum mode) (per AVS 2.1 and EN 1518) : $< 5 \times 10^{-12}$ mbar l/s
- Smallest detectable leak rate (Sniffer mode): $< 5 \times 10^{-8}$ mbar l/s
- Helium pumping speed at the inlet (EN 1518) 2,5 l/s (in ultra mode), 7 l/s (in fine mode) and maximum 8 l/s (in gross mode)
- Maximum inlet pressure 15 mbar (in gross mode)
- Detectable masses: He, ³He, H₂
- Leak rate units: mbar l/s, Pa m³/s, atm cc/s (in vacuum mode)
- Leak rate units: ppm, g/a (only in sniffer mode)
- Advanced self-diagnosis routines